

	CERTIFICADO N° 181112001	 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA Organismo Notificado (Notified Body): 0300
---	---	---

CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO
EU Type Examination Certificate

Fabricante: <i>Manufacturer</i>	Básculas Sorribes, S.L. C/ Alcalde Fatás 8-10 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza) España										
De acuerdo con: <i>In accordance with</i>	Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, y que incorpora al derecho interno español la Directiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de comercialización de instrumentos de medida (refundición) <i>Royal Decree 244/2016, of 3rd June, which develops the Law 32/2014, of 22nd December, on Metrology, which transposes the Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26th February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making on the market of measuring instruments (recast).</i>										
Instrumento: <i>Instrument</i>	Instrumento de pesaje electrónico de funcionamiento no automático, graduado y de indicación y equilibrio automáticos, del tipo de báscula puente, báscula plataforma y báscula tolva, modelo "EH", de clase de exactitud III . <i>Non-automatic, graduated, self-indicating, electronic instrument type weighbridge scale, platform scale, and hopper scale, type "EH", and accuracy class III.</i>										
Marca/modelo: <i>Trademark/Type</i>	SORRIBES / EH										
Especificaciones: <i>Features</i>	<table><tr><td>Clase de exactitud</td><td>III</td></tr><tr><td>Max</td><td>150 000 kg</td></tr><tr><td>Min</td><td>15 kg</td></tr><tr><td>n</td><td>≤ 10 000</td></tr><tr><td>Temperatura de funcionamiento</td><td>- 10 °C / 40 °C</td></tr></table> Este certificado no exime al instrumento objeto del mismo del cumplimiento de cualquier otro requisito de carácter no metrológico que le sea reglamentariamente exigido <i>This certificate does not exempt the instrument subject to it from the fulfillment of any other requirement of non-metrological character that is required by regulation</i>	Clase de exactitud	III	Max	150 000 kg	Min	15 kg	n	≤ 10 000	Temperatura de funcionamiento	- 10 °C / 40 °C
Clase de exactitud	III										
Max	150 000 kg										
Min	15 kg										
n	≤ 10 000										
Temperatura de funcionamiento	- 10 °C / 40 °C										

Válido hasta: 30/06/2028
Valid until

Las características, condicionantes y exigencias particulares, si las hubiera, relativas al objeto certificado, se relacionan en el Anexo que, eventualmente, pudiera ir asociado a este documento. Todos los planos, esquemas y documentos relativos a la presente certificación están depositados en el organismo emisor.
The characteristics, conditioners and particular requirements, if any, concerning to the instrument/object certificated, are set out in the Annex that, possibly, could be associated to this document. All plans, diagrams and documents relative to the state certification have been deposited in the issuing body.

No se permite la reproducción parcial de este documento sin autorización expresa para ello.
Partial quotation of this document is not allowed without written permission.

www.cem.es

comercial@cem.minetur.es
CEM-F-0087-01

Página 1 de 14
Page 1 of 14

C/ DEL ALFAR N° 2
28760 TRES CANTOS - MADRID
TEL/FAX : 918074700 / 918044319
CIF: S2817035E

El Centro Español de Metrología, comprometido con el medio ambiente, mantiene un sistema de Gestión Medioambiental
ISO 14001 certificado por AENOR con el número GA-0638/2008

ISO 14001